

Le rapport d'essai chimie :

UN RAPPORT PERSONNALISE AVEC VOS RESULTATS
POUR UN ACCES DIRECT A VOS PERFORMANCES

Une synthèse globale spécifique à votre laboratoire :
Vos résultats et performances rassemblés pour tous les paramètres de l'essai

SYNTHESE DE VOS RESULTATS

Date d'envoi des échantillons (J0) : 09/12/2014
 Date et heure de réception du colis 1 : 10/12/2014 à 09:48 (Information fournie par le transporteur)

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus lors de cet essai pour chaque paramètre.

Votre code laboratoire pour l'essai : 44

Moyenne de vos résultats	Valeur de référence (consensus)	Ecart-type d'aptitude	Z-score	Classement d'exactitude
2,4-D (µg/L)				
0,0125	0,0713	0,0119	-4,92	C
2,4-MCPA (=MCPA) (µg/L)				
0,0235	0,0530	0,0105	-2,80	B
acétochlore (µg/L)				
0,0680	0,0993	0,0185	-1,69	A
aclonifen (µg/L)				
0,1215	0,1049	0,0247	+0,67	A


En un coup d'œil, consultez vos performances

Identifiez rapidement tout résultat non-satisfaisant


Une analyse approfondie et concise de vos résultats,
Vos résultats mis en évidence sur tous les graphiques

Pour chaque paramètre, retrouvez sur 2 pages vos résultats, les valeurs de référence et de fidélité et **visualisez vos données sur tous les graphiques.**

Graphique de répartition des résultats moyens



Répartition des zêta-scores en fonction des incertitudes



Positionnez-vous facilement par rapport aux autres participants

VOS RESULTATS MIS EN AVANT : UN GAIN DE TEMPS ET UNE MEILLEURE LISIBILITE
POUR UN CONTROLE QUALITE EXTERNE OPTIMAL DANS VOTRE LABORATOIRE